АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

Гираторный компактор
ЛинтеЛ® ГК-20
Паспорт
АИФ 2.843.001-01 ПС

Гираторный компактор

ЛинтеЛ® **ГК-20**		**АИФ 2.843.001-01**		**___ . ___ . 20___**
(тип)	(модификация)	(обозначение)	(заводской номер)	(дата выпуска)

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Гираторный компактор *ЛинтеЛ*® ГК-20 (в дальнейшем компактор) предназначен для уплотнения асфальтобетонных смесей в соответствии с ГОСТ Р 58401.13.

1.2 Область применения – лаборатории дорожно-строительных и дорожных проектных организаций, научно-исследовательские институты.

1.3 Эксплуатационные характеристики компактора указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Угол гирации (наклона)	°	от 0,5 до 2
Количество оборотов при уплотнении	об	от 5 до 500
Скорость вращения контейнера при уплотнении	об/мин	от 3 до 33
Давление на образец при уплотнении	кПа	от 0,5 до 650
Напряжение сети питания	В	от 198 до 253
Частота сети питания	Гц	от 49 до 51
Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более	Вт	40
Потребляемая мощность в режиме испытания, не более		300
Температура окружающей среды	°С	от 10 до 35
Атмосферное давление	мм рт. ст.	от 630 до 800
Относительная влажность при +25°С, не более	%	80
Требования к чистоте сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80	класс	3
Минимальное давление воздуха	МПа	0,6
Минимальный расход воздуха	нл/мин	50
Диаметр трубки подачи воздуха	мм	8

1.4 Массо-габаритные характеристики компактора указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Массо-габаритные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Масса компактора, не более	кг	500
Размеры компактора (ширина х высота х глубина)	мм	620х2000х770
Масса компактора в упаковке, не более	кг	560
Размеры компактора в упаковке (ширина х высота х глубина)	мм	800х2200х1000

1.5 Точностные характеристики компактора указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Точностные характеристики

Характеристика	Единица измерения	Значение
Точность поддержания угла гирации (наклона)	°	0,02
Точность поддержания скорости вращения	об/мин	0,5
Точность поддержания давления (усилия)	кПа (кН)	18 (0,3)
Точность измерения высоты образца	мм	0,5
Точность измерения массы	г	5

1.6 Идентификационные признаки программного обеспечения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные признаки программного обеспечения

Признак	Значение
Версия	1.01
Контрольная сумма	828F5C29

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
АИФ 2.843.001-01	Гираторный компактор ЛинтеЛ ®ГК-20	1
	Документация	
АИФ 2.843.001-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
АИФ 2.843.001-01 ПС	Паспорт	1
АИФ 2.843.001-01 МК	Методика калибровки	1
	Принадлежности	
АИФ 2.787.002-01	Устройство для проверки внутреннего угла ЛинтеЛ® ГК-УМ	по отдельному заказу
АИФ 6.100.002	Контейнер 150 мм	1
АИФ 8.260.239	Вкладыши контейнера 150 мм	2
АИФ 8.300.147-01	Шаблон 50 мм	1
АИФ 8.300.147-02	Шаблон 115 мм	1
	Шланг пневматический Ø8 мм	2 м
	Компрессор	1

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гираторный компактор

ЛинтеЛ® **ГК-20**		**АИФ 2.843.001-01**		**___ . ___ . 20___**
(тип)	(модификация)	(обозначение)	(заводской номер)	(дата выпуска)

соответствует техническим требованиям НТВР.441336.104 ТУ и признан годным к эксплуатации.

место печати

Дата выпуска «___» _____ 20___г.

Начальник ОТК _____ _____
(Фамилия и инициалы) (подпись)

Компактор упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки: «____» _____ 20___г.

Упаковку произвел: _____ _____
(Фамилия и инициалы) (подпись)

Компактор после упаковки принял: _____ _____
(Фамилия и инициалы) (подпись)

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие компактора техническим требованиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных в руководстве по эксплуатации АИФ 2.843.001-01 РЭ.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента поставки, при наработке не более 2 500 часов.

4.3 Срок службы компактора 6 лет, при наработке не более 15 000 часов.

4.4 Компактор, у которого в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям руководства по эксплуатации, изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует по месту изготовления.

4.5 Компактор принимается на гарантийный ремонт в упаковке предприятия - изготовителя с полным комплектом принадлежностей.

Допускается другая упаковка, обеспечивающая предохранение компактора от повреждения и порчи при погрузке-разгрузке и транспортировке компактора.

4.6 Сведения об компакторе (модель, серийные номера, дата продажи, печать торгующей организации), указанные в паспорте, должны соответствовать изделию.

4.7 Право на проведение бесплатного гарантийного ремонта имеет только АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» или лицо, имеющее сертификат на проведение данных работ, выданный указанной выше организацией.

4.8 Замененные дефектные части изделия являются собственностью производителя и возврату не подлежат.

4.9 Если в течение гарантийного периода в изделии будет обнаружен дефект материала или изготовления, производитель на своё исключительное усмотрение отремонтирует или заменит изделие аналогичным.

4.10 Общий срок гарантии на изделие не увеличивается на время гарантийного ремонта.

4.11 По истечении гарантийного срока ремонт изделия производится на общих основаниях и в соответствии с тарифами, установленными производителем

4.12 Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, дефект, неудовлетворительное функционирование, возникшие в результате:

- сбоев в работе изделия из-за несоблюдения правил эксплуатации;
- механических повреждений компактора или принадлежностей, вызванных небрежностью при эксплуатации;
- повреждений, возникших вследствие небрежности при транспортировке;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, пыли, веществ, жидкостей, насекомых, грызунов;
- повреждений, вызванных стихийным бедствием (грозой, молнией, наводнением и т. д.);
- повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров питающих сетей;
- неисправности порта COM вызванной подключением/отключением периферийного устройства при включённом питании;
- любой другой причины, не связанной с производственным дефектом изделия.

4.13 Предприятие-изготовитель гарантирует неизменность точностных характеристик после транспортировки.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 Рекламации предъявляются при условии ведения учета неисправностей при эксплуатации (см. Приложение А). Лист учета неисправностей направлять изготовителю с сопроводительным письмом.

5.2 Для предъявления рекламаций обращаться по адресу предприятия-изготовителя.

6 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Адрес предприятия-изготовителя:

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика».

450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа пр. Октября, 149.

Контакты:

приёмная	тел.	(347) 284-27-47
	факс	(347) 284-35-81
	e-mail	info@bashnxa.ru
техническая поддержка	тел.	(347) 284-28-32
	e-mail	support@bashnxa.ru
	Skype[1]	neftehimavtomatika
поставка оборудования	тел.	(347) 284-44-36, (347) 284-27-34

Наша страница в Интернете: bashnxa.ru

[1] Для организации видеоконференций и консультаций (по предварительной договорённости по телефону).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

7 ОБРАЗЕЦ ЛИСТА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Гираторный компактор

ЛинтеЛ® **ГК-20**		**АИФ 2.843.001-01**		**___ . ___ . 20___**
(тип)	(модификация)	(обозначение)	(заводской номер)	(дата выпуска)

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа Режим работы Характер нагрузки	**Характер неисправности Причина неисправности**	**Кол-во часов работы**	**Примечание**

(должность)	(Фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)